

## 仕様書

1.件名・数量	大動物用手術台設置工事・一式																				
2.工事等	<p>(1) 寸法</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) テーブルサイズ</td> <td style="text-align: right;">830mm×2150mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2) ストローク</td> <td style="text-align: right;">620mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3) 最高高さ</td> <td style="text-align: right;">990mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4) 最低高さ</td> <td style="text-align: right;">370mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5) 積載荷重</td> <td style="text-align: right;">1000kg</td> </tr> </table> <p>(2) 調整可能範囲</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) 最小高さ</td> <td style="text-align: right;">370mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2) 最大高さ</td> <td style="text-align: right;">990mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3) 上昇時間</td> <td style="text-align: right;">32s/ストローク</td> </tr> </table> <p>(3) その他</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) 積載荷重</td> <td style="text-align: right;">1000kg</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2) 電源</td> <td style="text-align: right;">A.C.100V 50Hz</td> </tr> </table>	1) テーブルサイズ	830mm×2150mm	2) ストローク	620mm	3) 最高高さ	990mm	4) 最低高さ	370mm	5) 積載荷重	1000kg	1) 最小高さ	370mm	2) 最大高さ	990mm	3) 上昇時間	32s/ストローク	1) 積載荷重	1000kg	2) 電源	A.C.100V 50Hz
1) テーブルサイズ	830mm×2150mm																				
2) ストローク	620mm																				
3) 最高高さ	990mm																				
4) 最低高さ	370mm																				
5) 積載荷重	1000kg																				
1) 最小高さ	370mm																				
2) 最大高さ	990mm																				
3) 上昇時間	32s/ストローク																				
1) 積載荷重	1000kg																				
2) 電源	A.C.100V 50Hz																				
3.工事期限	令和5年3月31日																				
4.工事場所	浦和競馬場野田トレーニングセンター診療所（獣医棟手術室）																				
5.その他	<p>(1) 搬入及び調整の上、担当者の確認を受けること。</p> <p>(2) 搬入及び調整に要する経費は、受注者の負担とする。</p> <p>(3) 搬入及び調整に当たり、建物施設、設備等に損害を与えないよう、必要な措置を講ずること。 なお、損害を与えた場合、原状復旧を行うこと。</p> <p>(4) 納入後1年間は保証期間とし、保守修理の費用は使用者の故意又は重過失によるものを除き、無償とすること。ただし、メーカー保証が1年以上ある場合にはその期間とする。</p> <p>(5) 障害発生時の連絡体制を整え、速やかに修理に応じること。</p> <p>(6) 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明を行うこと。</p> <p>(7) 搬入に際し発生した梱包材等は、持ち帰ること。</p> <p>(8) 納入品は新品とする。</p>																				